
Kalibratory i mierniki

Dziedzina pomiarowa

[Wielkości elektryczne](#)

Przyrząd pomiarowy

[Kalibratory i mierniki](#)

Wielkość mierzona

[U \(AC\)](#)

Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa

0,02 mV ÷ 1000 V dla częstotliwości od 20 Hz do 50 kHz

Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa

0,02 mV ÷ 5000 V dla częstotliwości od 20 Hz do 100 kHz

Miejsce realizacji

[OUM Poznań](#)

Informacja dodatkowa

multimetry, mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mierniki napięcia, mierniki natężenia prądu, mierniki rezystancji, rezystory, mierniki cęgowe.

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)

[TAK](#)

ID

87
