

---

## Kalibratory i mierniki

---

Dziedzina pomiarowa

[Wielkości elektryczne](#)

Przyrząd pomiarowy

[Kalibratory i mierniki](#)

Wielkość mierzona

[E \(DC\)](#)

Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa

-

Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa

U max = 4000 V, I nom = max 5000 A (symulacja sygnału z boczniaka/transduktora)

Miejsce realizacji

[OUM Poznań](#)

Informacja dodatkowa

multimetry, mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mierniki napięcia, mierniki natężenia prądu, mierniki rezystancji, rezystory, mierniki cęgowe.

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)

ID

102