
Spektrofotrometry pryzmatyczne, siatkowe, filtrowe

Dziedzina pomiarowa

[Wielkości optyczne](#)

Przyrząd pomiarowy

[Spektrofotrometry pryzmatyczne, siatkowe, filtrowe](#)

Wielkość mierzona

[widmowy współczynnik przepuszczania \(transmitancja\)](#)

Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (350; 313; 257; 235) nm

Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (350; 313; 257; 235) nm

Miejsce realizacji

[OUM Poznań](#)

Informacja dodatkowa

-

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)

[TAK](#)

ID

60
