

---

## Twardościomierz Brinella

---

Dziedzina pomiarowa

[Twardość](#)

Przyrząd pomiarowy

[Twardościomierz Brinella](#)

Wielkość mierzona

[twardość](#)

Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa

twardość: HBW 10/3000, HBW 5/750, HBW 2.5/187.5, HBW 5/250; siła:  
(1839 ÷ 29420) N; długość: (0 ÷ 7) mm

Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa

twardość: HBW 10/3000, HBW 5/750, HBW 2.5/187.5, HBW 5/250; siła:  
(1839 ÷ 29420) N; długość: (0 ÷ 7) mm

Miejsce realizacji

[OUM Poznań](#)

Informacja dodatkowa

-

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)

[TAK](#)

ID

53

---